


**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»**

СОГЛАСОВАНО

председатель первичной
профсоюзной организации
ГБУСО «Краевой ЦСОН»

 /О.А. Бабанская
«31»  2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Краевой центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
от «31» июля 2025 г. №312-од

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА АППАРАТЕ
«ДЭНАС-ВЕРТЕБРА 02»
№ 23**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Аппарат безопасен в применении, т.к. в нем используется источник тока низкого напряжения, изолированный от рабочей части аппарата (изделие типа В с рабочей частью типа F).
2. Аппарат нельзя использовать для лечения пациентов, имеющих имплантированные электронные устройства (например, кардиостимулятор), и для лечения пациентов с индивидуальной непереносимостью электрического тока.
3. Запрещается применять аппарат в области прямой проекции сердца спереди.
4. Во время стимуляции не следует подключать пациента к какому-либо высокочастотному электрическому прибору.
5. Одновременное использование аппарата и другого электрооборудования может привести к ожогам и возможному повреждению аппарата.
6. Работа вблизи коротковолнового или микроволнового оборудования может вызвать нестабильность выходных параметров аппарата.
7. Запрещается подключать к аппарату любые другие устройства, кроме выносных электродов, выпускаемых предприятием-изготовителем.
8. Изделие содержит хрупкие элементы. Предохраняйте его от ударов.
9. Аппарат не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.
10. Все работы по ремонту изделия должны проводить квалифицированные специалисты на предприятии-изготовителе.

ВНИМАНИЕ!

Если аппарат хранился при температуре окружающего воздуха ниже 100С, выдержите его в нормальных климатических условиях не менее двух часов перед использованием.

Заведующая социально-оздоровительным отделением _____ О.А.Бабанская
Заместитель директора,
ответственный за соблюдение требований охраны труда _____ А.А.Черевичко