

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»**

СОГЛАСОВАНО

председатель первичной
профсоюзной организации
ГБУСО «Краевой ЦСОН»
_____/О.А. Бабанская
«31» 07 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Краевой центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
от «31» июля 2025 г. №312-од

**Инструкция
по технике безопасности при работе с аппаратом ДЕНС-ОЧКИ
№ 28**

Меры безопасности

Изделие нельзя использовать для лечения пациентов, имеющих имплантированные электронные устройства (например, кардиостимулятор), и для лечения пациентов с индивидуальной непереносимостью электрического тока

Во время стимуляции не следует подключать пациента к какому-либо высокочастотному электрическому прибору одновременное использование изделия и другого электрооборудования может привести к ожогам и возможному повреждению изделия

Запрещается подключать электрод к любым другим устройствам, кроме аппаратов динамической электростимуляции серий «ДЭНАС» и «ДиаДЭНС».

Запрещается одновременное подключение двух и более электродов к одному аппарату.

Запрещается применять выносной зональный электрод в области прямой проекции сердца спереди.

Изделие не является водонепроницаемым.

Оберегайте соединительный кабель от попадания влаги.

Все работы по ремонту изделия должны проводить квалифицированные специалисты на предприятии-изготовителе.

Запрещается самостоятельная частичная или полная разборка изделия, а также внесение изменений в изделие.

Условия эксплуатации: температура от минус 10 до плюс 35 ОС, относительная влажность воздуха от 30 до 93 %, атмосферное давление от 70 до 106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.).

Внимание! Если изделие хранилось при температуре окружающего воздуха ниже 10 ОС, выдержите его в нормальных климатических условиях не менее двух часов перед включением.

Заведующая социально-оздоровительным отделением _____ О.А.Бабанская
Заместитель директора,
ответственный за соблюдение требований охраны труда _____ А.А.Черевичко