

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»**

СОГЛАСОВАНО

председатель первичной
профсоюзной организации
ГБУСО «Краевой ЦСОН»

_____/О.А. Бабанская
«27» 07 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания «Краевой центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
от «31» июля 2025 г. №312-од

Инструкция

по технике безопасности при работе с парафинонагревателем

№ 33

1 Содержание и обслуживание

1. Рабочие поверхности парафинонагревателя, соприкасающиеся с парафином и его наружные поверхности, допускается промывать и дезинфицировать по ОСТ 42-21-2 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0, 5%-ного раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-88 или 1%-ным раствором хлорамина по ОСТ 6-01-

2. Запрещается окунать парафинонагреватель в жидкость при дезинфекции.

3. Запрещается выливать воду после промывки через край парафинонагревателя.

Меры безопасности

1. Категорически запрещается включать парафинонагреватель в разобранном состоянии.

2. Парафинонагреватель должен использоваться в помещениях, имеющих трехпроводную электрическую сеть.

3. Подключение к двухпроводной сети допускается при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ выполнении требований ГОСТ 12. 2. 025-88 в части заземления.

Меры пожарной безопасности

1 Не оставляйте парафинонагреватель на длительное время без присмотра во включенном состоянии;

2 После окончания работы обесточьте парафинонагреватель, вынув вилку шнура из розетки сети; - не ставьте устройство около отопительной системы

Заведующая социально-оздоровительным отделением _____ О.А.Бабанская
Заместитель директора,
ответственный за соблюдение требований охраны труда _____ А.А.Черевичко